Nervada

Réfractomètre Sucre Brix 0-90%

Brix 090



Fonctions

Brix **ATC**

- Réfractomètre à main, utilisé pour mesurer la densité de sucre dans une solution.
- Largement utilisé pour mesurer la teneur en sucre des aliments, des fruits, des boissons et du miel.
- Équipé d'une plage de compensation ATC intégrée (Compensation automatique de la température) de 10 ° à 30 ° pour corriger les différences de température pendant l'utilisation.
- Température De référence: 20 °C.
- Dispose d'un vis de calibration.
- Livré avec une pipette, un mini tournevis pour ètalonnage, un chiffon de nettoyage.

Le Nervada Brix 090 est un instrument optique qui utilise la mesure de l'indice de réfraction pour déterminer la teneur en sucre. Simple et rapide il fournit une méthode standard acceptée pour l'analyse de la teneur en sucre

Specifications	BRIX090
Température	
Étendue de mesure	10 ~ 30 °C
Référence	20°C
Brix	
Étendue de mesure	0 ~ 90 %
Résolution	±0.5%
Données techniques générales	
Poids	231 gr
Dimensions	138 mm x Diam 40 mm

Nervacom SARL. (+212) 531 068 245 info@nervada-instruments.com
www.nervada-instruments.com